

Szpital Lipno

Spółka z o.o.

ul. Nieszawska 6 87-600 Lipno tel. 54 288 04 14 fax 54 288 02 80 www.szpitallipno.pl e-mail przetargi@szpitallipno.pl

Lipno, dn. 10.02.2022 r.

Znak postępowania: ZP/3/2022

Odpowiedź na pytania do treści SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na świadczenie usług sterylizacji wysokotemperaturowej narzędzi operacyjnych i sprzętu medycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi i zamieszcza zapytania i wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Pytanie:

Dotyczące szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: Punkt 9 ppkt 2). „Zamawiający prosi o zmianę zapisu na następujący: „Papier sterylizacyjny - krepowy lub z włókniny dwie warstwy w dwóch kolorach, zgodnie z procedurami Wykonawcy tzw. dwa kolory”.

Uzasadnienie: Wykonawca zakupuje papier w różnych kolorach ze względu na czasowy brak w konkretnym kolorze, który nie ma znaczenia w prawidłowym pakowaniu narzędzi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

Pytanie

Punkt 18. Zamawiający prosi o zmianę zapisu na następujący: „Gdy następują po sobie więcej niż 2 dni wolne od pracy (np. przerwy świąteczne) termin realizacji usługi zostanie indywidualnie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, na minimum 3 dni robocze przed tymi dniami wolnymi”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę.

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji szczegółowego OPZ. Zmodyfikowany Załącznik nr 2a do SWZ załączamy do niniejszych odpowiedzi.

Szpital Lipno Sp. z o.o.
PREZES Zarządu
Andrzej Wasielewski

Znak sprawy: ZP/3/2022

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Usługa sterylizacji wysokotemperaturowej (parą wodną) asortymentu medycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sterylizacji wysokotemperaturowej narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego wyszczególnionych w załączniku nr 2 - formularz cenowy zwanego dalej „asortymentem”.
2. Zakres czynności w ramach zamówienia jest uzależniony od funkcjonującej u Wykonawcy linii technologicznej, jednakże powinien obejmować następująco:
 - 1) odbiór brudnego w siedzibie Wykonawcy, niesterylnego asortymentu dostarczonego transportem przez Zamawiającego do miejsca wykonywania usługi;
 - 2) mycie;
 - 3) czyszczenie;
 - 4) dezynfekcję;
 - 5) pakowanie (pakietowanie);
 - 6) sterylizację;
 - 7) poinformowanie przez Wykonawcę osoby upoważnionej przez Zamawiającego o gotowości odbioru wysterylizowanego asortymentu;
3. Asortyment o którym mowa w ust. 1 będzie transportowany „z” i „do” siedziby Wykonawcy transportem Zamawiającego.
4. Zamawiający dostarczał będzie asortyment do sterylizacji z częstotliwością 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) jednocześnie odbierając wysterylizowany asortyment, który został dostarczony dnia poprzedniego. Godziny dowozu i odbioru asortymentu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dzień tygodnia	Rano: od 8:00 do 9:30	Popołudnie: od 13:30 do 15:00
1	Poniedziałek	Dowóz	xxxxxxx
2	Wtorek	Odbiór / Dowóz	xxxxxxx
3	Środa	Odbiór / Dowóz	xxxxxxx
4	Czwartek	Odbiór / Dowóz	xxxxxxx
5	Piątek	Odbiór / Dowóz	Odbiór
6	Sobota	xxxxxxx	xxxxxxx
7	Niedziela	xxxxxxx	xxxxxxx

Legenda:

odbior – odbiór czystego, wysterylizowanego asortymentu medycznego przez Zamawiającego
 dowóz – dostarczenie brudnego, skażonego asortymentu medycznego do Wykonawcy
 xxxxxxxx – czas wolny od wykonywania usługi.

5. Asortyment będzie przekazywany Wykonawcy brudny, po wstępnej dezynfekcji.

6. Odpowiedzialność za mycie i dezynfekcję kontenerów transportowych ponosi Wykonawca.
7. Zestawy asortymentu kompletowane będą zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
8. Sterylne pakiety oznakowane będą etykietą zawierającą co najmniej następujące informacje:
 - 1) data sterylizacji,
 - 2) termin ważności.
9. Do pakietowania będą używane opakowania sterylizacyjne spełniające następujące wymagania:
 - 1) opakowanie foliowo – papierowe: widoczna zawartość, napisy poza obszarem wypełniania, napisy w języku polskim, zgodnie z PN EN 868-5 PN EN 867 (Wskaźniki sterylizacji na opakowaniu).
 - 2) Papier sterylizacyjny - krepowy lub z włókniny dwie warstwy w dwóch kolorach, zgodnie z procedurami Wykonawcy tzw. dwa kolory.
10. Asortyment w czasie transportu powinien być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem i spełniać wymagania dla materiału skażonego i sterylnego. Wykonawca ponosi ewentualne konsekwencje z tytułu powstałych strat ilościowych wykrytych przez Zamawiającego na poziomie otwierania sterylnych pakietów, nie wykrytych i nie zgłoszonych przez Wykonawcę.
11. Zamawiający będzie przekazywał asortyment do sterylizacji w ilościach określonych każdorazowo w protokole.
12. Wykonawca zobowiązany jest określić punkt wydawania i przyjąć asortymentu oraz wyznaczyć osobę do kontaktów z Zamawiającym.
13. Wykonawca gwarantuje określony na opakowaniu okres sterylności narzędzi medycznych wyłącznie pod warunkiem przestrzegania przez Zamawiającego właściwych warunków przechowywania sterylnego materiału (pomieszczenia suche z dala od promieni słonecznych, optymalna temperatura powietrza 18–25 °C, optymalna wilgotność powietrza 30-60 %, materiał nie narażony na przesuwanie, zbędne przenoszenie, uszkodzenia mechaniczne).
14. W przypadku uszkodzenia asortymentu z winy Wykonawcy, podczas realizowanych czynności o których mowa w pkt. 2, koszty naprawy bądź zakupu asortymentu uszkodzonego ponosi Wykonawca.
15. Zamawiający dostarczy niezbędne informacje, instrukcje dotyczące obróbki technologicznej przekazywanego asortymentu.
16. W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek zmian w częstotliwości dowozu oraz w godzinach odbioru asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest ustalić je ze Zamawiającym co najmniej 24 h przed planowanymi zmianami.
17. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w procesie sterylizacji mających wpływ na jakość wykonywanej usługi Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo konsultować te kwestie na piśmie z Zamawiającym.
18. Gdy następują po sobie więcej niż 2 dni wolne od pracy (np. przerwy świąteczne) termin realizacji usługi zostanie indywidualnie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, na minimum 3 dni robocze przed tymi dniami wolnymi.