

OZNACZENIA

osłona stała	A-B
drzwi, okna	D1 O1
stanowisko ekspozycji	SE
ognisko lampy	
kierunek wiązki głównej	
odległość miejsca osłanianego od	
ogniska lampy	1,23 m
przedmiotu rozpraszającego	1,23 m

PROJEKT OSŁON STAŁYCH

nr rysunku	2	skala	1 : 50	nr pomieszczenia	276	data	grudzień 2020

inwestor	SZPITAL LIPNO Sp. z o.o. ul.Nieszawska 6 87-600 LIPNO
obiekt	BUDYNEK SZPITALA ul.Nieszawska 6, 87-600 LIPNO
rysunek	FRAGMENT RZUTU II PIĘTRA
treść	**GABINET RTG** z aparatem ogólnodiagnostycznym rtg oraz aparatem rtg do zdjęć punktowych odległości źródła promieniowania od miejsc osłanianych
autor projektu	mgr KRYSTYNA BRĘCZEWSKA - JANKOWSKA